



Hospital de alta complejidad "El Cruce" S.A.M.I.C.
Av. Calchaquí 5401
CUIT: 30-71084735-1
IVA: Exento
Tel. 011- 42107109 int: 1258 Fax

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio: 2010

Pag.:1 /2

PEDIDO DE COTIZACIÓN
LICITACION PRIVADA
4 - 0008 - 2010
Tipo Número Año

Expediente: 2915-1468/2010

Emisión: 05/02/2010

P.P.: 147

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: **DÍA VIERNES , 05 DE MARZO DE 2010 HORA: 09:00**

Valor del Pliego:

ASUNTO: **Arquitectura**

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de Consumidor Final.

1	Renglón Unico	Cantidad	Presentación	Precio Unif.
Item Nº	1 SISTEMA DE CRIO PRESERVACIÓN (42314)	1	UNIDAD.	

Detalle: Deberá ser un sistema para almacenamiento de muestras biológicas en nitrógeno líquido y en vapor de nitrógeno.

Deberá estar construido en aleación de aluminio con cubierta y parte superior de acero inoxidable.

Deberá ser un equipo móvil con ruedas y de cuello ancho.

Deberá contar con un controlador electrónico digital para monitorear en todo momento el estado del sistema y su batería.

Deberá contar con una capacidad de almacenamiento para bolsas de 250 ml de al menos 336 distribuidas en columnas de 4 bolsas por columna.

Deberá contar con una capacidad de nitrógeno líquido de al menos 243 litros.

El rango de temperatura deberá ser de al menos entre -100° a -196°.

Dimensiones aproximadas:

- Apertura en el cuello 638 mm

- Altura total 1051 mm.

- Diámetro exterior 892x711 mm

- Diámetro interior 638 mm

Especificaciones del Controlador:

- Pantalla Digital de fácil lectura

- Lectura automática del Nivel de LN2

- Llenado automático programable

- Lectura de temperatura en dos puntos programables

- Sistema de seguridad por medio de contraseña.

- Alarmas múltiples y ajustables. Audibles y visuales.

- Alarma de bajo y alto nivel.

- Alarma de baja y alta temperatura para los dos puntos internos.

- Alarma de tiempo de llenado

- Alarma de tapa abierta.

Deberá incluir:

- 27 Columnas de aluminio criogénico para la contención de cassettes para el almacenamiento de bolsas de 250 ml.

- 108 Cassettes de aluminio criogénico para el almacenamiento de bolsas de 250 ml.

DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Deberá estar fabricado cumpliendo las normas internacionales de seguridad y diseño. Contar con ISO9001/2000 ; MDD/93/42/CEE o similares equivalentes.

Deberá entregarse el manual de usuario y brindar la capacitación correspondiente al personal del servicio del hospital.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, las claves de acceso al menú de servicio técnico al Servicio de Ingeniería Clínica, el no cumplimiento dará lugar a la anulación de la orden de compra.

La garantía del equipo será de al menos de 12 meses, con servicio técnico incluido (trabajos, materiales e insumos indicados por el protocolo del fabricante). Esta comenzará a partir de la puesta en marcha real del equipo (una vez finalizada la

Transporte...

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital de alta complejidad "El Cruce" S.A.M.I.C.
Av. Calchaquí 5401
CUIT: 30-71084735-1
IVA: Exento
Tel. 011- 42107109 int: 1258 Fax

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio: 2010

Pag.:2 /2

PEDIDO DE COTIZACIÓN		
LICITACION PRIVADA		
4	- 0008	- 2010
Tipo	Número	Año

Expediente: 2915-1468/2010

Emisión: 05/02/2010

P.P.: 147

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: **DÍA VIERNES , 05 DE MARZO DE 2010 HORA: 09:00**

Valor del Pliego:

ASUNTO: **Arquitectura**

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de Consumidor Final.

Transporte...

Pag.:2/2

Ejercicio: 2010

capacitación al personal del servicio correspondiente).

Cuando el equipo quedare sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía o por demoras superiores a las 24 Hs de comunicación fehaciente realizada por el hospital, este tiempo se adicionara al tiempo de garantía.

Se deberá garantizar la provisión de repuestos y accesorios por el término de diez años a partir de la compra.

Condiciones de Contratación:

Observaciones:

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello